



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Teleradyoloji Sistemi Cihaz Kayıt İşlemi

1. Sisteme Giriş

<https://stm.teletip.saglik.gov.tr/> adresinden giriş yapılır.

2. Cihaz Takip Ekranına Erişim

Altta ki ekran resminde görüldüğü gibi “Takip İşlemleri”(1 numara ile işaret edilen yazı) menüsünden “Cihaz Takip”(2 numara ile işaret edilen yazı) ekranı seçilir.



Seçim sonucunda altta ki ekran gelir.

Cihaz Listesi

Toplam Kayıt Sayısı: 328

Cihaz Seri Numarası	Hastane	Marka	Yöntem	Model	MKYSNo	Doz Gönderiminden Muaf mı?	
			Röntgen (DG)			Kapsam Dışı	🔍 -
			MR			Kapsam Dışı	🔍 -
			CT			Evet	🔍 -
			MR			Kapsam Dışı	🔍 -
			CT			Hayır	🔍 -
			CT			Hayır	🔍 -

Handwritten signature in blue ink.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

3.Cihaz Ekleme Penceresine Erişim

Kırmızı ok ile gösterilen düğmeden “Cihaz Ekleme” ekranı açılır.

Cihaz Listesi

Toplam Kayıt Sayısı: 128

Cihaz Seri Numarası	Hastane	Marka	Yöntem	Model	MKYSNo	Doz Gönderiminden Muaf mı?	
			Föntgen (DC)			Kapsam Dışı	
			MR			Kapsam Dışı	
			CT			Evet	
			MR			Kapsam Dışı	
			CT			Hayır	
			CT			Hayır	

Karşımıza alttaki ekran gelir.

Kırmızı rankle altı çizili alanlar zorunlu alanlardır. Zorunlu alanların isimlerinin yanında yıldız(*) işareti bulunmaktadır. Zorunlu alanların kontrol edilmesi ve doldurulması ardından altta bulunan “KAYDET” düğmesi yeşil renk olur ve aktif hale gelir.

Cihaz Ekle

Hastane: Ankara Gölbaşı Şehit Ahmet ...

Cihaz: ACTEON SOPRO

Yöntem: CT

Model: 1 KESİT

Marka: HİZMET ALIMI

Doz Gönderiminden Muaf mı?: Var

Diğer Bilgiler: BRANŞLAR ARASI

Yazdır: AHASGCTV

KAYDET KAPAT

Anjiyografi ve Ekokardiyografi Cihazlarının Teleradyoloji Sistemine veri gönderim durumlarını ok ile gösterilen düğmeden “Evet” veya “Hayır” olarak seçebilirsiniz.